

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0332/2022 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
BROOKS INSTRUMENT Kft.
Kalibráló Laboratórium
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
kalibrálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2022. június 30.
Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2027. június 30.
- 5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditálandó területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Áramlás				
1.	Áramlásmérők kalibrálása gáz közeggel (ml/min)	100-30000 ml/min	0,25-0,28%	CAL149-AAM rev 6

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes