

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-1-1718/2022 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
WM Laboratory Kft.
Vizsgálólaboratórium
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
vizsgálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2022. november 17.**
Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2027. november 17.**
- 5) Az akkreditált terület:

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szabályozott hőmérsékletű terek	Hőmérséklet eloszlás vizsgálat adatgyűjtő műszerrel -80 ... +1200 °C tartományban	WM-MUT-HŐEL 2022-01
Szabályozott páratartalmú terek	Páratartalom eloszlás vizsgálat adatgyűjtő műszerrel 5 ... 95 %RH tartományban	WM-MUT-PÁEL 2022-01
Tisztasági osztályba sorolt (ISO 2 ... ISO 9) helyiségek és munkateretek	Részecskeszám eloszlás vizsgálat részecskeszámláló műszerrel 0,3 ... 25,0 µm tartományban	WM-MUT-RÉSZ 2022-01

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Rippel Endre
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes