

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2)

a NAH-2-0305/2022 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

WM Laboratory Kft.

Kalibrálólaboratórium

1158 Budapest, Késmárk u. 9.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2022. november 17.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2027. november 17.**

5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képeség (<i>k</i> =2)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Nedvesség (NED-1)			
Analóg, digitális és villamos kijelzésű páratartalom-mérők	5...95 %RH	0,26...1,34 %RH	WM-MUT-PÁKA 2025-01 ¹
Hőmérséklet-általános (HŐM-1)			
Analóg kijelzésű hőmérsékletmérők	-80...0 °C	0,06...0,11 K	WM-MUT-HŐKA 2025-01 ¹
	0...650 °C	0,06...0,18 K	
	650...1000 °C	0,5...0,8 K	
	1000...1200 °C	1,4...1,6 K	
Digitális kijelzésű hőmérsékletmérők	-80...0 °C	0,05...0,11 K	WM-MUT-HŐKA 2025-01 ¹
	0...650 °C	0,05...0,13 K	
	650...1000 °C	0,6...0,8 K	
	1000...1200 °C	1,4...1,6 K	
Villamos kimenetű hőmérsékletmérők	-80...0 °C	0,05...0,11 K	WM-MUT-HŐKA 2025-01 ¹
	0...650 °C	0,05...0,14 K	
	650...1000 °C	0,5...0,8 K	
	1000...1200 °C	1,3...1,5 K	
Nyomás és vákuum (NYO-1)			
Analóg kijelzésű nyomásmérők	± 3750 Pa	0,6...8,7 Pa	WM-MUT-NYOKA 2025-01 ¹
	± 200 mbar	0,3 mbar	
	-0,9...0,03 bar	5,8 mbar	
	0,03...50 bar	0,3...116 mbar	
	50...350 bar	117 mbar... 1,4 bar	
	800...1200 mbar abs.	0,4 mbar	

Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Digitális kijelzésű nyomásmérők	± 3750 Pa	0,5...8,7 Pa	WM-MUT-NYOKA 2025-01 ¹
	± 200 mbar	0,02 mbar	
	-0,9...0,03 bar	0,2...0,3 mbar	
	0,03...50 bar	0,01...7,8 mbar	
	50...350 bar	19...65 mbar	
	0,001...10 mbar abs.	0,2 μ bar...0,3 mbar	
	2...20 mbar abs.	0,4 mbar	
	20...800 mbar abs.	0,2 mbar	
	0,8...11 bar abs.	0,2...2,2 mbar	
Villamos kimenetű nyomás és vákuummérők	± 3750 Pa	0,5...8,7 Pa	WM-MUT-NYOKA 2025-01 ¹
	± 200 mbar	0,03...0,05 mbar	
	-0,9...0,03 bar	0,5 mbar	
	0,03...50 bar	0,02...14 mbar	
	50...350 bar	21...104 mbar	
	0,001...10 mbar abs.	2,33 μ bar...0,28 mbar	
	2...20 mbar abs.	0,4 mbar	
	20...800 mbar abs.	0,2...0,3 mbar	
	0,8...11 bar abs.	0,3...3,4 mbar	

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások:

Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Nedvesség (NED-1)			
Analóg, digitális és villamos kijelzésű páratartalom-mérők	5...95 %RH	0,26...1,34 %RH	WM-MUT-PÁKA 2025-01 ¹
Hőmérséklet (HŐM-1)			
Analóg kijelzésű hőmérsékletmérők	-80...0 °C	0,06...0,11 K	WM-MUT-HŐKA 2025-01 ¹
	0...650 °C	0,06...0,18 K	
	650...1000 °C	0,5...0,8 K	
	1000...1200 °C	1,4...1,6 K	
Digitális kijelzésű hőmérsékletmérők	-80...0 °C	0,05...0,11 K	WM-MUT-HŐKA 2025-01 ¹
	0...650 °C	0,05...0,13 K	
	650...1000 °C	0,6...0,8 K	
	1000...1200 °C	1,4...1,6 K	
Villamos kimenetű hőmérsékletmérők	-80...0 °C	0,05...0,11 K	WM-MUT-HŐKA 2025-01 ¹
	0...650 °C	0,05...0,14 K	
	650...1000 °C	0,5...0,8 K	
	1000...1200 °C	1,3...1,5 K	

Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Nyomás és vákuum (NYO-1)			
Analóg kijelzésű nyomásmérők	± 3750 Pa	0,6...8,7 Pa	WM-MUT-NYOKA 2025-01 ¹
	± 200 mbar	0,3 mbar	
	-0,9...0,03 bar	5,8 mbar	
	0,03...50 bar	0,3...116 mbar	
	50...350 bar	117 mbar... 1,4 bar	
	800...1200 mbar abs.	0,4 mbar	
Digitális kijelzésű nyomásmérők	± 3750 Pa	0,5...8,7 Pa	WM-MUT-NYOKA 2025-01 ¹
	± 200 mbar	0,02 mbar	
	-0,9...0,03 bar	0,2...0,3 mbar	
	0,03...50 bar	0,01...7,8 mbar	
	50...350 bar	19...65 mbar	
	0,001...10 mbar abs.	0,2 μ bar...0,3 mbar	
	2...20 mbar abs.	0,4 mbar	
	20...800 mbar abs.	0,2 mbar	
Villamos kimenetű nyomás és vákuummérők	± 3750 Pa	0,5...8,7 Pa	WM-MUT-NYOKA 2025-01 ¹
	± 200 mbar	0,03...0,05 mbar	
	-0,9...0,03 bar	0,5 mbar	
	0,03...50 bar	0,02...14 mbar	
	50...350 bar	21...104 mbar	
	0,001...10 mbar abs.	2,33 μ bar...0,28 mbar	
	2...20 mbar abs.	0,4 mbar	
	20...800 mbar abs.	0,2...0,3 mbar	
	0,8...11 bar abs.	0,3...3,4 mbar	

¹ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2025. június 3-án kiadott határozatával elrendelt kalibrálási eljárás azonosító változás átvezetése

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE –