

RÉSZLETEZŐ OKIRAT

a NAH-2-0329/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A COMPONENT Kereskedelmi Kft. Kalibráló Laboratórium (1119 Budapest, Bácsalmás u. 1-3.) akkreditált területe:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség	A kalibrálási eljárás azonosítója	Megjegyzés
Nyomás és vákuum					
1	Nyomás és vákuum, Manométerek	-1...0 bar 0,01...0,5 bar 0,01...1 bar 0,01...1,5 bar 0,01...2 bar 0,2...10 bar 0,2...25 bar 0,2...50 bar 0,2...75 bar 0,2...100 bar 2...160 bar 2...250 bar 2...400 bar 2...600 bar	1,2 mbar 0,1 mbar 0,2 mbar 0,2 mbar 0,3 mbar 1,3 mbar 2,8 mbar 5,6 mbar 8,6 mbar 12 mbar 19 mbar 29 mbar 46 mbar 70 mbar	KE-01-2016	
2	Nyomás-, diff. nyomás távadók	-1...0 bar 0,01...0,5 bar 0,01...1 bar 0,01...1,5 bar 0,01...2 bar 0,2...10 bar 0,2...25 bar 0,2...50 bar 0,2...75 bar 0,2...100 bar 2...160 bar 2...250 bar 2...400 bar 2...600 bar	1,2 mbar 0,1 mbar 0,2 mbar 0,3 mbar 0,4 mbar 1,2 mbar 2,9 mbar 5,9 mbar 9,2 mbar 12 mbar 20 mbar 31 mbar 49 mbar 74 mbar	KE-02-2016	

- VÉGE -