

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0340/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

SCHEEN Mérnökiroda Kft.

KALIBRÁLÓ LABOR

1086 Budapest, Koszorú u. 30.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

3) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2018. szeptember 13.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2023. szeptember 13.**

4) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség	A kalibrálási eljárás azonosítója	Megjegyzés
Hőmérséklet					
1.	K típus	-200°C...+1370°C	0,43...0,23	KE-01-2017	
2.	N típus	-100°C...+1300°C	0,34...0,27	KE-01-2017	
3.	J típus	0°C...+800°C	0,26...0,25	KE-01-2017	

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -