

## RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0224/2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az akkreditált szervezet neve és címe:

**SZIKKTI Labor Kft.**

**Kalibrálólaboratórium**

1034 Budapest, Bécsi út 122-124. D. épület fszt.

2) Akkreditálási szabvány:

**MSZ EN ISO/IEC 17025:2018**

3) Akkreditálási kategória:

**kalibrálólaboratórium**

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2019. július 11.

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2024. július 11.

5) Az akkreditált terület:

### I. Az akkreditálandó területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, il- letve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ( $k=2$ )	A kalibrálási eljárás azonosítója
1.	Rotációs viszkoziméter	25,0 °C-on mért viszkozitás 4100-5900 mPas (S 2000)	30 mPas	SZIKKTI HSZ 3:2004
2.	Rotációs viszkoziméter	25,0 °C-on mért viszkozitás 590-850 mPas (N 350)	3,5 mPas	SZIKKTI HSZ 3:2004

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el ([www.nah.gov.hu/kategoriak](http://www.nah.gov.hu/kategoriak)).

- VÉGE -

**Bodroghelyi Csaba**  
Nemzeti Akkreditáló Hatóság  
elnökhelyettes