

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0295/2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az akkreditált szervezet neve és címe:
Szelpo AutoControl Systems Kft.
Kalibráló Laboratórium
 8000 Székesfehérvár, Budai út 390.

2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:
kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2019. szeptember 12.**
 Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2024. szeptember 12.**

5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Idő és frekvencia				
1.	MK-II, OPTIMO, MTC, CTC-II, UTP-10 W tényező kalibrálás	$W_h = 8000$	0,58 imp/km	KE-01/2019
2.	K-tényező kalibrálása	$K_h = 2400, 8000, 24400$	0,82 imp/km	KE-01/2019
3.	Sebesség-szimuláló funkció kalibrálása 20 km/h sebességnél 80 km/h sebességnél 125 km/h sebességnél 180 km/h sebességnél	13,3 Hz, 44,4 Hz, 136,1 Hz 53,3 Hz, 177,7 Hz, 544,4 Hz 83,3 Hz, 277,7 Hz, 850,6 Hz 120 Hz, 400 Hz, 1225 Hz	7,0 ppm	KE-01/2019
4.	Óravizsgáló funkció kalibrálása	(- 100... + 100) s/d	5,8 ms/d	KE-01/2019

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes