

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0230/2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az akkreditált szervezet neve és címe:

ALFÖLDI MÉRLEG Kft.

Kalibráló laboratórium

5600 Békéscsaba, Dobozi út 6.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2019. október 3.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2024. október 3.**

5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Tömeg				
1.	Analitikai mérleg	5 g...400 g	0,047 mg...0,59 mg	KE-4.1/2019 1.1
2.	Laboratóriumi mérleg	5 g...10 kg	0,094 mg...27 mg	KE-4.1/2019 1.2
3.	Ipari mérleg	10 kg...150 kg	0,48 g...7,1 g	KE-4.1/2019 1.3
4.	Ellenőrző mérleg	1 kg...3000 kg	94 mg...360 g	KE-4.1/2019 1.4

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások:

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Tömeg				
1.	Analitikai mérleg	5 g...400 g	0,047 mg...0,59 mg	KE-4.1/2019 1.1
2.	Laboratóriumi mérleg	5 g...10 kg	0,094 mg...27 mg	KE-4.1/2019 1.2
3.	Ipari mérleg	10 kg...150 kg	0,48 g...7,1 g	KE-4.1/2019 1.3
4.	Ellenőrző mérleg	1 kg...3000 kg	94 mg...360 g	KE-4.1/2019 1.4

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes