

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2)

a NAH-2-0347/2020 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az akkreditált szervezet neve és címe:¹

TorqueMaster Kalibráló Laboratórium

levelezési cím: 1196 Budapest, Rákóczi utca 184.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2020. január 30.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2025. január 30.**

5) Az akkreditált terület:¹

II. Az akkreditálandó műszaki területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Erő és nyomaték				
1.	Nyomatékkulcsok és nyomaték csavarhúzó	0,14 ... 678 Nm	1,22 %...0,6 %	KE01-2019
2.	Csavarozó gépek	0,25...750 Nm	1,33...1,31 %	KE02-2019

¹ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. május 7-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz részleges felfüggetlés és fenntartás, valamint címváltozás átvezetése.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes