

## RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2)

a NAH-2-0340/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az akkreditált szervezet neve és címe:

**SCHÉEN Mérnökiroda Kft.**

**KALIBRÁLÓ LABOR**

1086 Budapest, Koszorú u. 30.

2) Akkreditálási szabvány:

**MSZ EN ISO/IEC 17025:2018<sup>1</sup>**

3) Akkreditálási kategória:

**kalibrálólaboratórium**

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2018. szeptember 13.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2023. szeptember 13.**

5) Az akkreditált terület:

### I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ( $k=2$ )	A kalibrálási eljárás azonosítója
<b>Hőmérséklet</b>				
1.	K típus	-200°C...+1370°C	0,43...0,23	KE-01-2017
2.	N típus	-100°C...+1300°C	0,34...0,27	KE-01-2017
3.	J típus	0°C...+800°C	0,26...0,25	KE-01-2017

<sup>1</sup> A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. augusztus 13-án kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány változás átvezetése.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el ([www.nah.gov.hu/kategoriak](http://www.nah.gov.hu/kategoriak)).

- VÉGE -

**Bodroghelyi Csaba**  
Nemzeti Akkreditáló Hatóság  
elnökhelyettes